



Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24

fax 012 424 54 90

Znak sprawy: DZP-271-1/19

Kraków, dnia 9 stycznia 2019r.

Odpowiedź na zapytanie Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „*Sukcesywna dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 499626-N-2019 z dnia 2019-01-02 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym”, informuje, że w dniu 8 stycznia br. kilku z Wykonawców zwróciło się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1 -

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic diagnostycznych zarejestrowanych jak środek ochrony osobistej kategorii III, przeznaczone do ochrony przed najwyższym poziomem ryzyka? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”.

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz

Pytanie 2 -

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku, nitylowych o grubości na palcu 0,12 mm, dłoni 0,08 mm i mankiecie 0,06 mm, długość min. 240 mm w kolorze niebieskim. Kształt rękawicy uniwersalny – pasujący na prawą i lewą dłoń. Tekstura biszkoptowa z dodatkową teksturą na końcach palców. Rękawice zgodne z normą EN 455 1-4. AQL 1.0. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III z fabryczną informacją na opakowaniu.

Rękawice przebadane zgodnie z normą EN 374-3 na 15 substancji chemicznych, w tym 10% kwas octowy powyżej 60 minut i 4% chlorheksydynę powyżej 480 minut, oraz dla 1 substancji z załącznika A z EN374-1 (wył. klauzule 5.3.2), potwierdzone Certyfikatem Badania Typu WE wydanym przez Jednostkę Notyfikowaną.

Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM 6978. Rozmiary: XS-XL

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 3 -

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic chirurgicznych, jałowych, neoprenowych, bezpudrowych. Kolor zielony, mankiety rolowane, AQL 0,65 kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Rękawice sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna polimeryzowana. Rękawice przeznaczone dla alergików. Zgodne z wymaganiami normy EN 455(1-4), przebadanie na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671.

Opakowanie: koperta zewnętrzna foliowa, wewnętrzna papierowa. Rozmiar: 6.0-9.0

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie: <https://bip.uks.com.pl/auctions>.

Równocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 i 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zmienia terminy:

- składania ofert z dnia 14.01.2019r. do godz. 10:30, na dzień 16.01.2019r. do godz. 10:30,
- otwarcia ofert z dnia 14.01.2019r. godz. 11:00, na dzień 16.01.2019r. godz. 11:00.

DYREKTOR
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej
Krakowie
Marek Szwarczyński