



Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24

fax 012 424 54 90

Znak sprawy: DZP-271-92/19

Kraków, dnia 11 lutego 2019.

Odpowiedz na zapytanie Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „*Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 510006-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym, informuje, że w dniu 7, 8 i 11 lutego br. kilku z Wykonawców zwróciło się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust.2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1 -

Pakiet 3, poz. 1-3, 7-8,10,16,18-21,23

„Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-3, 7-8,10,16,18-21,23 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 2 -

Pakiet 3, poz. 3

„Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 3 -

Pakiet 3, poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2 wykonana z dwuwarstwowego laminatu (folia o gramaturze 28g/m2 + włóknina propylenowa 28g/m2)?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 4 -

Pakiet 3, poz. 6

„Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną dwuwarstwową w rozmiarze 45 x 75cm?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 5 -

Pakiet 3, poz.7

„Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?”

Pakiet 3, poz.7

„Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim?”

Pakiet 3, poz.7

„Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m², część przednia czepka dodatkowo z możliwością wywinięcia?”



Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pakiet 3, poz.7

„Czy zamawiający dopuści czepek typu берет, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach: w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 6 -

Pakiet 3, poz. 8

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka typu берет o gramaturze 18g/m² w rozmiarze uniwersalnym?”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 7 -

Pakiet 3, poz. 9

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z 3warstwowej, miękkiej włókniny typu SMS, odporność na przenikanie cieczy 50,47 H₂O, do fartucha dołączone dwie serwety chłonne do rąk, fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetę włókninową, ?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 8 -

Pakiet 3, poz. 10

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, ?”

Pakiet 3, poz. 10

„Czy zamawiający oczekuje fartuch typu przedniak, wykonany w całości z folii?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 9 -

Pakiet 3, poz. 11

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 40g/m², kolor niebieski?”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 10 -

Pakiet 3, poz. 12-14

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 11 -

Pakiet 3, poz. 15

„Czy Zamawiający dopuści sterylne paski w rozmiarze 13mm x 100mm?”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 12 -

Pakiet 3, poz. 16

„Czy zamawiający dopuści gramaturę serwety 25 g/m²?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 13 -

Pakiet 3, poz. 18-21

„Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 14 -

Pakiet 3, poz. 19

„Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą bawełnianą o wymiarach 12cm x 4m pakowaną w opakowanie papierowe?”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 15 -

Pakiet 3, poz. 22

„Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną pakowaną w kartonik?”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 16 -

Pakiet 3, poz. 23

„Czy zamawiający dopuści plaster do kaniul o wymiarach 6 cm x 8 cm, pakowany po 50 szt.?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pakiet 3, poz. 23

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe po 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?”

Odpowiedz: Zamawiający wymaga 1200 szt. równocześnie wyraża zgodę na wycenę opakowania handlowego po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.(1200 szt.:50 szt.=24 op.).

Pytanie 17 -

Pakiet 3, poz. 24

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 x 7cm z wkładem chłonnym 3 x 4cm?”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 18 -

Pakiet 3, poz. 25,26,27,28

„Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 9,14m?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pakiet 3, poz. 25

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a'24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Pakiet 3, poz. 26

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 19 -

Pakiet 3, poz. 29

„Czy Zamawiający dopuści wycenę plastra za opakowanie a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 20 -

Pakiet 3, poz. 30

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 21 -

Pakiet 5, poz. 1-5

„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu”

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych tylko w kolorze niebieskim?”

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 na wyłączenie pozycji od 1 do 5 i utworzenie z nich odrębnego pakietu?”

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 pozycji 1-5 tylko na szwy w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 5 pozycji 1-5 również na szwy pakowane po 10 saszetek , przy odpowiednim przeliczeniu ilości zamawianych opakowań?”

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 22 -

Pakiet 1 pozycja 1

„Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu „zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem” ? Reszta parametrów zgodna z SIWZ”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 23 -

Pakiet 1 pozycja 6

„Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG do monitorowania na bazie gąbki PE ze stałym żelom, sensorem AG/AgCl o wymiarze \varnothing 50mm?”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 24 -

Pakiet 1 pozycja 7

„Czy Zamawiający dopuści elektroda EKG pediatryczna do monitorowania na bazie gąbki PE, ze stałym żelom, sensorem AG/AgCl o wymiarze 36x42mm?”

Czy Zamawiający dopuści filtr HME- Filtr antybakteryjny - antywirusowy dla dorosłych”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 25 -

Pakiet 1 pozycja 9-10

„Czy Zamawiający dopuści:

- Filtr elektrostatyczny
- Maksymalny czas użytkowania 24 godziny
- Wydajność filtracji bakteryjno i wirusowej 99,999%
- z portem CO2
- Połączenie ISO (mm) 22F / 15M i 22M / 15F
- pakowany pojedynczo
- objętość oddechowa pacjenta 250 - 1000 ml
- martwa przestrzeń: 38 ml
- Nawilżanie (mg H₂O / l): 30 mg / VT 500
- Rezystancja (cm H₂O): 2.2, 60 LPM
- Waga filtra: 25 g”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 26 -

Pakiet 1 pozycja 11

„Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - długość 150cm, bez ftalanów, logo lub nazwa producenta celem identyfikacji na opakowaniu jednostkowym”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 27 -

Pakiet 1 pozycja 12

„Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną dotchawiczą bez mankietu rozmiar od nr 4, 4,5, 5 PCV oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG.”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 28 -

Pakiet 1 pozycja 13

„Czy Zamawiający dopuści rurka intubacyjną dotchawiczą z mankiem rozmiar od nr 4,0 do 10,0 PCV, niezbrojona, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 29 -

Pakiet 1 pozycja 14

„Czy Zamawiający dopuści rurka intubacyjną dotchawiczą zbrojona z mankiem niskociśnieniowym rozmiar od nr 3,0 do nr 10, PCV, znacznik przed mankiem dookoła rurki ułatwiający intubację, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 30 -

Pakiet 1 pozycja 22

„Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dzieci zbudowany z 2 rur rozciągliwych w zakresie 150-200cm z bezlateksowym workiem 1l i gałęzią 100cm po rozciągnięciu, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 31 -

Pakiet 1 pozycja 24

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego - sterylne . W skład zestawu wchodzi:

1. końcówką do odsysania Yankauera Ch 24, zakrzywiona z rączką, możliwość wymiany końcówek w trakcie zabiegu, opcjonalnie z kontrolą odsysania.
2. dren nie załamujący się, dł. min.350cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. (dop. 300cm)”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 32 -

Pakiet 1 pozycja 25

„Czy Zamawiający dopuści prowadnice intubacyjne służą do wprowadzania oraz wymiany rurek intubacyjnych. Wykonane są z metalowego drutu pokrytego cienką warstwą tworzywa sztucznego. Sterylne, jednorazowe.

Właściwości: gładkie, wygięte zakończenie typu J, sztywna, dostępna w trzech rozmiarach do użycia z rurkami od 2,5-10,00?"

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 33 -

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1 poz.2

"Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z medycznej odmiany PCV o twardości ok. 76° ShA, z atraumatycznym otworem centralnym i minimum dwoma, naprzeciwległymi otworami bocznymi - uniwersalny konektor typu lejek - kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne rozmiaru na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, sterylny, dostępny w rozmiarach: 10x45mm;12x50mm;14x50mm;16x50mm; 18x60mm, dopuszczenie pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej ceny."

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 34 -

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 1 poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie ilości dla poszczególnych długości drenów, uściślenie ilości pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej."

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 1 poz.4

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, czy zamawiający oczekuje zaoferowania produktów sterylnych czy niesterylnych?"

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz zaoferowania produktów mikrobiologicznie czystych (niesterylnych)

Pytanie 35 -

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 1 poz.5

„Zwracamy się do Zamawiającego o określenie ilości dla poszczególnych długości drenów, uściślenie ilości pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej."

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 1 poz.5

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów sterylnych czy niesterylnych?"

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz zaoferowania produktów mikrobiologicznie czystych (niesterylnych)

Pytanie 36 -

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 1 poz. 11

„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z PP o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS

wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 37 -

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 1 poz.19

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, czy zamawiający oczekuje zaoferowania produktów sterylnych czy nie sterylnych?”

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz zaoferowania produktów niesterylnych.

Pytanie 38 -

Pakiet nr 2, poz. 1-7, 14, 19, 30-31

„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty na pozostały asortyment w pakiecie.”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 39 -

Pakiet nr 2, poz. 13

„Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,3x12mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pakiet nr 2, poz. 13

„Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45x16mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 40 -

Pakiet nr 2, poz. 15

„Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatraskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zaktuciem, samodomykającym się korkiem portu bocznego (typu „klik”), z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem krwi, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radioceniującymi, w opakowaniu typu Tyvec w rozmiarach:

| Kod koloru | Rozmiar (GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
|--------------|-----------------|--------------|------------|
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 | 95 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pakiet nr 2, poz. 15

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania opublikowanych badań na biokompatybilność

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 41 -

Pakiet nr 2, poz. 16

„Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE (PTFE=teflon, FEP=teflon), z samodomykającym się systemem zamykania portu górnego, z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem poniżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec, w rozmiarach:

| Rozmiar (GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ w ml/min |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 14 G | 2,2 x 45 | 343 |
| 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 90 103 |
| 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 | 61 65 |
| 22 G | 0,9 x 25 | 36 |
| 24 G | 0,7 x 19 | 22 |
| 26 G | 0,6 x 19 | 10 |

Pakiet nr 2, poz. 16

Proszę o dopuszczenie kaniul pakowanych w opakowania a'100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowym.

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 42 -

Pakiet nr 2, poz. 21

„Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedz: Tak – Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 43 -

Pakiet nr 2, poz. 24-26

„Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-2,5 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 44 -

Pakiet nr 2, poz. 28

„Proszę o dopuszczenie przedłużacza o średnicy wewnętrznej 1,2 mm.”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 45 -

1. „W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”
2. „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

W przypadku, gdy Wykonawca:

- a. nie realizuje dostawy Towaru w terminie określonym w § 3 ust. 1,
- b. nie uzupełni braków ilościowych Towaru po zgłoszeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5,
- c. nie dokona wymiany Towaru wadliwego na Towar wolny od wad po zgłoszeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5,
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia obowiązków umownych. Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. niezrealizowanej, brakującej, wadliwej części dostawy.

Czy kara za zwłokę dotyczy jednego dnia zwłoki czy jest naliczana jednorazowo niezależnie od ilości dni zwłoki?.”

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmiany do SIWZ w zakresie postanowień dotyczących terminu rozpatrzenia reklamacji (§ 5 ust. 5) oraz wysokości kar umownych w związku z nienależytym wykonaniem umowy (§ 8 ust. 1). W ocenie Zamawiającego w punktach 1 i 2 Wykonawca w istocie zmierza bowiem do zmiany SIWZ, a nie żąda przedstawienia wyjaśnień treści SIWZ.

W tym miejscu Zamawiający, powołując się na ugruntowany pogląd w orzecznictwie, wskazuje, że wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy, stanowią uszczegółowienie, ewentualnie doprecyzowanie opisu zawartego w SIWZ w zakresie przedstawionym przez wykonawców występujących z zapytaniami. Zatem wyjaśnienie nie może stanowić podstawy wprowadzenia innego wymagania niż zawarte w treści SIWZ, w tym przypadku dotyczących sankcji za nienależyte wykonanie obowiązków umownych. Udzielenie zaś wyjaśnień rozbieżnych z pierwotną treścią SIWZ wykracza poza możliwość wynikającą z treści przepisu art. 38 ust. 2 ustawy.

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy dotyczące podstawy do naliczania Wykonawcy kary umownej z powodu nienależytego wykonania umowy (§ 8 ust. 1) dotyczą każdego stwierdzonego przypadku nieterminowego wykonania obowiązków Wykonawcy, niezależnie od ostatecznej liczby dni przekroczenia. Zamawiający w tym kontekście wskazuje jednak na § 9 ust. 1, zgodnie z którym już trzykrotne opóźnienia w realizacji dostawy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, lub trzykrotne zrealizowania dostawy, co do której Zamawiający zgłosił reklamację zgodnie z § 5 ust. 5, stanowi podstawę do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie: <https://bip.uks.com.pl/auctions>.

Równocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zmienia terminy:

- składania ofert z dnia 14.02.2019r. do godz. 10:30, na dzień 15.02.2019r. do godz. 10:30,
- otwarcia ofert z dnia 14.02.2019r. godz. 11:00, na dzień 15.02.2019r. godz. 11:00.

DYREKTOR
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej
w Krakowie

Marek Szwarczyński