



Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna

w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24

fax 012 424 54 90

Znak sprawy: DZP-271-839/19

Kraków, dnia 4 listopada 2019r.

Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 615162-N-2019 z dnia 2019-10-28 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym, informuje, że w dniu 4 listopada 2019r. jeden z Wykonawców zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą, zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1 - Pakiet nr 1 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych zakwalifikowanych jako Środek Ochrony Indywidualnej – kategorii III – przeznaczone do ochrony przed najwyższym poziomem ryzyka.”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz

Pytanie 2 - Pakiet nr 1 poz. 2 i 3

„Pragniemy zwrócić uwagę, iż nie ma żadnego obowiązku prawnego wdrażania i certyfikacji na zgodność z normami ISO 14001 i OHSAS 18001. W przypadku wytwórców wyrobów medycznych najważniejszą normą wynikającą choćby z Dyrektywy o wyrobach medycznych jest norma 13485, gdzie obowiązkowe jest wdrożenie wymagań, a nie nawet sama certyfikacja. Wymóg ten prowadzi do istotnego zawężenia kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, naruszając tym samym zasadę uczciwej konkurencji. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z ISO 14001 i OHSAS 18001”.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od wymogu zgodności z ISO 14001 i OHSAS 18001, przy czym pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Pytanie 3 - Pakiet nr 1 poz. 3

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpyłkowe, długość min 240 mm, o grubości: na palcu 0,12mm, na dłoni 0,08mm, teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne na działanie gotowych preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spectrum biobójczym: co najmniej jeden preparat na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) odporność przez minimum 480 minut i jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium zgodnie z EN 16523-1:2015,

oraz 30% nadtlenek wodoru na 2 poziomie odporności – potwierdzone sprawozdaniem z badań wykonanym w niezależnym laboratorium oraz na opakowaniu.

Odporne przez min. 60 min na przenikanie 13 cytostatyków – zgodnie z ASTM D6978 potwierdzona sprawozdaniem z badań wykonanym w niezależnym laboratorium, pozbawione tiuramów i MBT - potwierdzone wynikami badań HPLC z jednostki niezależnej, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485. Pakowane po a'200 sztuk. Rozmiar: XS-XL”

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 4 - Pakiet nr 1 poz. 4

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: Rękawice chirurgiczne sterylne, jednorazowego użytku, syntetyczne- zbliżone właściwościami do rękawic lateksowych, wykonane z mieszanki poliizoprenu i neoprenu, bezpydrowe, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną – zapobiegającą zsuwaniu rękawicy. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana. AQL 0,65, spełniające normy EN 455-1-4 oraz ASTM F1671. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, Opakowanie foliowe. Rozmiar od 6 –8.”

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zostają umieszczone na stronie internetowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie: <https://bip.uks.com.pl/auctions>.

Na stronie internetowej Zamawiającego (<https://bip.uks.com.pl/auctions>) został zamieszczony również **nowy załącznik nr 3 do SIWZ i załącznik nr 7 do siwz** uwzględniający odpowiedzi na zadane pytania.

Równocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 i 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zmienia terminy:

- składania ofert z dnia 07.11.2019 r. do godz. 11:00, na dzień 08.11.2019 r. do godz. 11:00,
- otwarcia ofert z dnia 07.11.2019 r. o godz. 11:30, na dzień 08.11.2019 r. o godz. 11:30.

DYREKTOR
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej
w Krakowie
Marek Szwarczyński