



Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24

fax 012 424 54 90

Znak sprawy: DZP-271-839/19

Kraków, dnia 31 października 2019r.

Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „**Sukcesywna dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych**” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 615162-N-2019 z dnia 2019-10-28 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym, informuje, że w dniu 31 października 2019r. jeden z Wykonawców zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą, zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1 -

Załącznik nr 3 poz. 2: – „Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic: Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitylowe z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą, o grubości: na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm, teksturowane na końcach palców; wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III; AQL 1,5 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN 374-1 (z wyłączeniem pkt 5.3.2), -2,-3, ASTM F 1671, odporne przez min 480 min na 60% wodorotlenek sodu potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej i fabrycznym nadrukiem na opakowaniu, przebadane na przenikanie cytostatyków wg ASTM D6978; proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 14971, ISO 13485. Pakowane a'200 sztuk. Rozmiar: S, M, L?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 2 -

Załącznik nr 3 poz. 3: „Prosimy o dopuszczenie rękawic: Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitylowe, bezpudrowe, długość min 240 mm, o grubości: na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQJ_1,5 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374- 1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: wodorotlenek sodu 30%, formaldehyd 37%, wodorotlenek sodu 47% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków - wyniki badań wg ASTM D 6978 z jednostki niezależnej, pozbawione tiuramów i MBT - potwierdzone deklaracją producenta; proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971. Pakowane po a'200 sztuk. Rozmiar: XS-XL ?”

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 3 -

Załącznik nr 3 poz. 4: „Prosimy o utworzenie odrębnego pakietu dla tej pozycji”.

Odpowiedz: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zostają umieszczone na stronie internetowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie: <https://bip.uks.com.pl/auctions>.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej
w Krakowie

Marek Szwarczyński