



Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4
tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Znak sprawy: DZP-271-838/22

Kraków, dnia 19 października 2022r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) nt. „**Dostawa aparatu do znieczulenia**”. (ID): 93ac096d-0f2e-4e64-b447-90c659415e80

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części Zamawiającym, informuje, że w dniu 18 października 2022r. jeden z Wykonawców zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „**Ustawą**”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i odpowiedź na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie i odpowiedź dotyczące załącznik nr 3 do SWZ – SOPZ

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania regulacją objętości oddechowej w zakresie 10 – 1500 ml w trybach objętościowych?”

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak dopuszcza.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Marek Szwarczyński

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu