



Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24

fax 012 424 54 90

DZP-271-460/14

Kraków, dn.15 grudnia 2014r.

Sprawa: **DZP-271-460/14**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na „Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 402672 - 2014 w dniu 2014-12-09.

Dyrekcja Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w związku z prowadzoną procedurą na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy DZP – 271-460/14 odpowiada na zapytania uczestnika postępowania, o następującej treści:

Pytanie 1 - „Pozycja 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice winylowe były zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej?”

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający ma obowiązek swoim pracownikom zapewnić środki ochrony indywidualnej o powszechnie stosowanych standardach, które powinny zapewniać wystarczającą, rzeczywistą ochronę przed występującymi zagrożeniami, w taki sposób, aby podczas używania w warunkach, do których są przeznaczone, pracownik mógł normalnie wykonywać wszystkie czynności, zachowując równocześnie ochronę na możliwie najwyższym osiągalnym poziomie. Dlatego też Zamawiający wymaga aby rękawice winylowe były zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej ponieważ jest to gwarancja iż zaoferowany produkt będzie spełniał podstawowe standardy.

Pytanie 2 - „Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga aby rękawice, które zaferuje Wykonawca były odpowiednio trwałe i dlatego opierając się na doświadczeniu z ubiegłych lat określił następujące wymogi: „ Grubość pojedynczej ścianki: mankiet rolowany min. 0,05 mm, dłoń min. 0,07 mm i palec min. 0,09 mm.”. Grubość na palcu 0,08 mm jaką proponuje Wykonawca mogłaby powodować, że oferowane rękawice będą mniej trwałe i podatne na pęknięcie (rozerwanie).

Pytanie 3 - Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane zgodnie z normą EN 374-3 na przenikalność substancji w tym cytostatyków: kwas siarkowy, wodorotlenek sodu, dimetyloamina, karmustyna, fluorouracyl, chloroplastyna, karboplatyna, mitomycyna, cyklofosfoamid, alkohol izopropylowy, aldehyd glutarowy – czas przenikania min. 30min., bez normy ASTM D 6978 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

Uzasadnienie: Norma ASTM D 6978 jest bardziej rygorystyczna niż EN 374-3 tj.:

Parametr	ASTM D 6978	EN 374-3
Limit przesiąkania	0.01 µg/cm ² /min	1 µg/cm ² /min
Lista obowiązkowych cytostatyków	7 obowiązkowych + 2 do wyboru	brak
Czas testu	240min	480min
Próbka	Pobierana z najbardziej wrażliwego miejsca (najcieńsza warstwa, szew)	Pobierana ze środka
Temperatura testu	35°C +/- 2	23°C +/- 10

Pytanie 4 - „Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200szt. rozmiar XL a'180?”

Odpowiedź: Tak dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego dla pozycji 3 w Załączniku nr 1 SIWZ

Pytanie 5 - Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice trójwarstwowe polimer-lateks-polimer, wewnętrzna warstwa 100% polimer z równomiernie wzmocnionym mankietem?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga aby zaferowane przez Wykonawcę **rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku były nitylowo-lateksowe**, trójwarstwowe sterylne, bezpydrowe. Wewnętrzna warstwa **100% nityl**. Wykonawca zadając powyższe pytanie nie sprecyzował dokładnie z jakiego polimeru będą zrobione zaferowane przez niego rękawice, dlatego też trudno ustosunkować się Zamawiającemu do zadanego pytania nie mając wystarczających informacji czy zaferowane przez Wykonawcę rękawice będą również posiadać takie same właściwości jak rękawice nitylowe tj.np. - odporność mechaniczna i chemiczna, wysokie parametry użytkowe, **oraz właściwości antyalergiczne (nityl - syntetyk 100% wolny jest od białek uczulających).**

Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie – www.uks.com.pl. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian

Z poważaniem

Prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski

p.o. Dyrektora

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Prosimy o potwierdzenie otrzymania pisma na nr faks: 012 424 54 60

Otrzymano dnia

Podpis