



Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4
tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

DZP-271-135/17

Kraków, dn.1 marca 2017r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy zadane w dniu 1 marca 2017r.

Dotyczy: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), pn. „Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku – część 2”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 33324-2017 w dniu 2017-02-28

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym, informuje, że w dniu 1 marca br. kilku z wykonawców zwróciło się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy poz. nr 15

„Prosimy o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, posiadających laboratoryjne badania potwierdzające biokompatybilność poliuretanu, z czterema paskami kontrastującymi w RTG, z filtrem hydrofobowym hamującym wypływ krwi, elastycznymi skrzydełkami mocującymi o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyłę, posiadających specjalny automatyczny zatrask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zatkanie personelu. Kaniule dostępne w rozmiarach:

0,9 x 25 mm, przepływ 36 ml/min
1,1 x 33 mm, przepływ 61 ml/min
1,3 x 33 mm, przepływ 103 ml/min
1,3 x 45 mm, przepływ 96 ml/min
1,5 x 45 mm, przepływ 128 ml/min
1,7 x 50 mm, przepływ 196 ml/min
2,2 x 50 mm, przepływ 343 ml/min.

Obecny opis wskazuje tylko i wyłącznie na jednego producenta kaniul – firmę BD, a tym samym wyklucza możliwość zaoferowania równie dobrych jakościowo kaniul innego producenta np. firmy BBraun. Jednocześnie Zamawiający uniemożliwia udział w postępowaniu oferentom, którzy w swojej ofercie nie posiadają produktów firmy BD, a tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców.”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza kaniulę wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu dostępną w rozmiarach:

0,9 x 25 mm, przepływ 36 ml/min
1,1 x 33 mm, przepływ 61 ml/min
1,3 x 33 mm, przepływ 103 ml/min
1,3 x 45 mm, przepływ 96 ml/min

1,5 x 45 mm, przepływ 128 ml/min
1,7 x 50 mm, przepływ 196 ml/min
2,2 x 50 mm, przepływ 343 ml/min.

Pozostałe wymagania zgodnie z opisem zawartym SIWZ

Pytanie nr 2

Dotyczy poz. 17

„Prosimy o dopuszczenie koreczków pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 12 op. a' 100 szt.”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr3

Dotyczy poz. 19

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 120 op.”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy poz. 19

„Prosimy o dopuszczenie bezpiecznych igieł w rozmiarach: 19G/1,10 mm/38 mm; 21G/0,80 mm/38 mm; 22G/0,70 mm/ 32mm; 25G/0,50 mm/25 mm.”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5.

Dotyczy poz. 16.

„Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji: Kaniula dożylna obwodowa wykonana z teflonu (PTFE), wykończona korkiem standardowym, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, z kontrastem RTG (minimum 2 linie), posiadająca: kod identyfikacyjny, zaworek do iniekcji, filtr hydrofobowy, dostępna w rozmiarach: 17G (1,5x45mm) przepływ 142ml/min, 18G (1,3x45mm) przepływ 90/min, 20G (1,1x32mm) przepływ 60ml/min, 22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min, 24G (0,7x19mm) przepływ 20ml/min. Opakowanie jednostkowe sztywne typu MGP /papier medyczny/, a'50szt?”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej
w Krakowie

Marek Szwarczyński