



Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24

fax 012 424 54 90

Znak sprawy: DZP-271-441/16

Kraków, dnia 19 grudnia 2016r.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM DIALOGU TECHNICZNYM

- I. **Zamawiający:** SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie.
- II. **Przedmiot zamówienia:** Dostawa i montaż 30 szt. unitów stomatologicznych.
- III. **Podstawa prawna zastosowania procedury:** art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) oraz art. 31d.
- IV. **Sposób upublicznienia:** w celu zaproszenia Wykonawców do uczestnictwa w dialogu technicznym w dniu 7.11.2016 r. umieszczono informacje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na stronie BIP Zamawiającego.
- V. **Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu złożyły dwie firmy: Optident sp.j. oraz Kavo sp. z o. o.,** które kolejno w dniu 24.11.2016 r. wzięły udział w dialogu technicznym. Dialog techniczny odbył się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków.
- VI. **Przebieg dialogu technicznego:**
 1. Komisja powołana do przygotowania postępowania, w tym do przeprowadzenia dialogu technicznego określiła każdorazowo cel dialogu, którym było uzyskanie przez Zamawiającego doradztwa i informacji, które mogą być wykorzystane przy zdefiniowaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istotnych warunków umowy, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia – z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W szczególności oczekiwano, iż dialog techniczny pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji planowanego zamówienia, a także pozwoli tak opracować dokumentację postępowania, aby uzyskać najlepsze na rynku rozwiązania i dokonać wyboru najlepszej ekonomicznie oferty.

Dialog techniczny prowadzony był w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie firm w nim uczestniczących.

Podczas obu spotkań odbytych w ramach dialogu technicznego przedstawiciele komisji zapoznali się z prezentacjami produktów **Optident sp.j.** oraz **Kavo sp. z o. o.**, a w ich trakcie zadawali pytania dotyczące możliwości serwisowych Wykonawcy, gwarancji, przeglądów, czasu dostawy, montażu i demontażu „starego” sprzętu, ewentualnej utylizacji zużytego sprzętu, dostępności części zamiennych, a także szczegółowe pytania dotyczące kwestii technicznych unitów takich jak:

l.p.	Pytanie o:	Odpowiedź	
		Optident sp.j.	Kavo sp. z o. o.
1.	Zakres modyfikacji istniejących podłączeń energii elektrycznej, próżni, sprężonego powietrza, wody, kanalizacji.	Pełne dostosowanie do istniejących rozwiązań Zamawiającego.	Pełne dostosowanie do istniejących rozwiązań Zamawiającego.
2.	Rodzaj separatora (wewnętrzny mokry) dostosowanego do centralnego systemu suchej próżni stomatologicznej.	Wewnętrzny mokry Durr-dental	Wewnętrzny mokry Durr-dental
3.	Rodzaj sytemu końcówek filtrów wstępnych i węży ssaka i ślinociągu oraz spluwaczki pacjenta.	Wymienne wkłady z możliwością płukania	Wymienne wkłady z możliwością płukania

4.	Rodzaj sterownika nożnego i jakie funkcje obsługuje.	Przesuwny z włączaniem sprayu	Przesuwny z włączaniem sprayu
5.	Rodzaj systemu ruchów fotela.	Hydrauliczno-elektryczny	Elektryczny
6.	Rodzaj systemu sterowania z pulpitu lekarza/asysty.	Równoległy	Równoległy
7.	Rodzaj rękawów oraz systemu podłączeń i podświetlenia końcówek.	Rękawy prowadzone od góry, system Midwest, LED i światłowodowy	Rękawy prowadzone od góry, system Midwest, LED i światłowodowy
8.	Rodzaj skalera piezoelektrycznego.	Na rękawie unitu	Na rękawie unitu
9.	Rodzaj mikrosilnika.	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy
10.	Rodzaj obiegu wody używanej do przepłukiwania końcówek.	Uzdatniona/destylowana	Uzdatniona/destylowana
11.	Rodzaj regulacji parametrów pracy.	Przyciski i dodatkowe regulatory	Przyciski
12.	Rodzaj systemów bezpieczeństwa i monitorowania parametrów pracy.	Automatyczne pozycje wraz z ratunkową i wizualizacja na konsolce	Automatyczne pozycje wraz z ratunkową i wizualizacja na konsolce
13.	Rodzaj tapicerki – bezszwowa.	Wg wymagań Zamawiającego	Wg wymagań Zamawiającego
14.	Warunki gwarancji oraz jej zakres.	12 miesięcy gwarancji całkowitej + 5 lat na elementy konstrukcyjne	24 miesiące gwarancji całkowitej
15.	Serwis	1 rok bezpłatnego serwisu, kolejne lata już dodatkowo płatne	2 przeglądy w ciągu 24 miesięcy
16.	Czas realizacji naprawy/czas reakcji na informację o usterce/awarii	Wykonawca zwrócił uwagę, iż określenie czas reakcji oznacza jedynie przyjęcie zgłoszenia (np. odczytanie maila, odebranie telefonu).	3-4 dni
17.	Czas dostawy/montażu	do 4 tygodni/do 2 tygodni	do 90 dni/ do 2 tygodni
18.	Urządzenia do maszynowego czyszczenia, smarowania i suszenia wewnętrznych instrumentów do unitów stomatologicznych z możliwością suszenia kilku instrumentów równocześnie.	Tak, dostępne w ofercie.	Tak, dostępne w ofercie.
19.	Instrumenty stomatologiczne do unitów, dotychczas używanych przez UKS (w tym: turbiny, kątnice, prostnice, piaskarki profilaktyczne).	Tak, dostępne w ofercie. Wymagają tzw. adapterów.	Tak, dostępne w ofercie.
20.	Przeszkolenie personelu z obsługi nowego sprzętu	Tak	Tak
21.	Utylizacja starego sprzętu	Tak	Tak

VII. Podsumowanie dialogu technicznego:

Dialog techniczny, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, pozwolił on na uzyskanie informacji o nowoczesnych pod względem technicznym i technologicznym rozwiązaniach wykorzystywanych w sprzęcie stomatologicznym aktualnie dostępnym na rynku. Uzyskane informacje pozwoliły na doprecyzowanie wymagań i opisu przedmiotu zamówienia szczególnie w zakresie gwarancji, serwisu, przeglądu, wymiany części a także konkretnych aspektów technicznych sprzętu: tj. zgodności oferowanych nowych unitów z dotychczas użytkowanymi końcówkami stomatologicznymi oraz ich systemów sterowania, napędu i obsługi przez personel medyczny i serwisowy.

Ponadto, Zamawiający uzyskał informacje pomocne do prawidłowego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia wysyłając do w/w dwóch firm wstępną specyfikację techniczną planowanego do zakupu sprzętu (załącznik nr 1 do Informacji o przeprowadzonym dialogu technicznym).